AIGUILLE HYPODERMIQUE DE SÉCURITÉ SURGUARD®3: MODE D'EMPLOI

CE 0197

Sur la base des instructions pour l`utilisation du novembre 2011. REV.0

L´AIGUILLE HYPODERMIQUE DE SÉCURITÉ TERUMO® SurGuard®3 est conçue pour l´aspiration et l´injection de fluides à des fins médicales. L´aiguille hypodermique de sécurité Terumo est compatible avec les seringues Luer-Slip et Luer-Lock standard. De plus, une fois l´aiguille retirée du corps, la gaine de sécurité peut être activée manuellement pour couvrir l´aiguille immédiatement après utilisation, afin de réduire les risques de blessures accidentelles pare piqûre.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1. Visser la seringue sur l´aiguille en respectant le protocole aseptique. **Saisir la base de l´aiguille**, pas la gaine de sécurité, pousser et tourner la seringue dans le sens des aiguilles d`une montre.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 2. Relever la gaine de sécurité en direction du corps de la seringue **selon l´angle indiqué**, avant de retirer le protecteur de l´aiguille. Procéder à l´injection en respectant le protocole établi.

(Remarque: La position de l´aiguille « Biseau vers le haut » est orientée vers celle de la gaine de sécurité.)

Non toxique. Non pyrogène.
Les dispositif ne contient aucun composant fabriqué à partir de latex naturel.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 3. Une fois l`injection exécutée, **utiliser une méthode unimanuelle pour activer le dispositif de sécurité** via l`une de trois (3) manières illustrées ci-dessous. (L`activation est vérifiée par un « clic » sonore et/ou tactile et peut être confirmée visuellement.)

ÉTAPE 4



CONFIRMATION DU VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

ÉTAPE 4. Confirmer visuellement que la gaine de sécurité est entièrement engagée

ÉTAPE 5

ÉTAPE 5. Jetez les aiguilles et le matériel utilisés en respectant les politiques et protocoles de votre établissement ainsi que la réglementation locale en matière d`élimination d`objets piquants/trachants.

RECOMMANDATIONS

- MANIPULER AVEC PRECAUTION POUR EVITER TOUTE PÎQURE D´AIGUILLE.
- APRES UTILISATION, NE PAS RECAPUCHONER AVEC LE PROTECTEUR ORIGINEL.
- A USAGE UNIQUE. JETER IMMEDIATEMENT EN RESPECTANT LES RECOMMANDATIONS LOCALES EN MATIERE DE SECURITE.

MISE EN GARDE

- Si une aiguille est courbée ou endommagée, ne pas essayer de la redresser, ne pas l´utiliser.
- Ne pas essayer de désactiver le dispositif de sécurité en forçant l`aiguille hors de la gaine de protection.
- A strict usage unique. Ne pas réutiliser. Ne pas re-stériliser.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Garder les mains derrière l´aiguille pendant toute la durée d´utilisation et d´élimination.
- Respecter les précautions universelles pour TOUS les patients.
- Ne pas utiliser si le conditionnement ou le produit a été endommagé ou souillé.
- Ne pas stocker à des températures extrêmes ou à l´humidité. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Code de Produit	Description
SG3-1825	Aiguille 18G x 25,4 mm
SG3-1838	Aiguille 18G x 38,1 mm
SG3-2025	Aiguille 20G x 25,4 mm
SG3-2038	Aiguille 20G x 38,1 mm
SG3-2051	Aiguille 20G x 50,8 mm
SG3-2125	Aiguille 21G x 25,4 mm
SG3-2138	Aiguille 21G x 38,1 mm
SG3-2225	Aiguille 22G x 25,4 mm
SG3-2238	Aiguille 22G x 38,1 mm

Code de Produit	Description
SG3-2325	Aiguille 23G x 25,4 mm
SG3-2338	Aiguille 22G x 38,1 mm
SG3-2516	Aiguille 25G x 15,9 mm
SG3-2525	Aiguille 25G x 25,4 mm
SG3-2538	Aiguille 25G x 38,1 mm
SG3-2713	Aiguille 27G x 12,7 mm
SG3-3013	Aiguille 30G x 12,7 mm

Code de Produit	Description
SG3-01T2516	Seringue 1 cc avec aiguille 25G x 15,9 mm
SG3-01T2713	Seringue 1 cc avec aiguille 27G x 12,7 mm
SG3-03L2025	Seringue 3 cc avec aiguille 20G x 25,4 mm
SG3-03L2038	Seringue 3 cc avec aiguille 20G x 38,1 mm
SG3-03L2125	Seringue 3 cc avec aiguille 21G x 25,4 mm
SG3-03L2138	Seringue 3 cc avec aiguille 21G x 38,1 mm
SG3-03L2225	Seringue 3 cc avec aiguille 22G x 25,4 mm
SG3-03L2238	Seringue 3 cc avec aiguille 22G x 38,1 mm
SG3-03L2325	Seringue 3 cc avec aiguille 23G x 25,4 mm
SG3-03L2516	Seringue 3 cc avec aiguille 25G x 15,9 mm
SG3-03L2525	Seringue 3 cc avec aiguille 25G x 25,4 mm

FABRIQUÉ PAR TERUMO (PHILIPPINES) CORPORATION
124 EAST MAIN AVE., LAGUNA TECHNOPARK, BINAN, LAGUNA, PHILIPPINES
EC REP TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
TERUMO MEDICAL CORPORATION, 2101 Cottontail Lane, SOMERSET, NJ 08873 USA

TERUMO and TERUMO sont des marques déposées de Terumo Corporation, Tokyo, Japon, et elles sont enregistrées auprès du Bureau américain des brevets et des marques. SURGUARD3 est une marque déposée de Terumo Medical Corporation.
© 2013 Terumo Medical Corporation 3/13. Accession # 03222013-2624

SurGuard®3
AIGUILLE HYPODERMIQUE DE SÉCURITÉ

TERUMO®

TERUMO MEDICAL PRODUCTS